

## Объем закупок товаров и суммы, выделенные для их закупки по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей

№ п/п	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Условия платежа	Место поставки и условия поставки	Срок поставки
1	Шунтирующая система	<p>Состоящая из саморегулирующегося гравитационного клапана MIEТНК для лечения гидроцефалии взрослых и детей, который автоматически изменяет давление открытия клапана при перемене положения тела пациента, что эффективно предотвращает явления избыточного дренажа спинномозговой жидкости, позволяя избежать осложнений.</p> <p>Комбинированные шариковый и гравитационный элементы. Активная адаптация давления открытия к положению тела человека обеспечивает физиологический дренаж спинномозговой жидкости. Удобная имплантация обтекаемого клапана уменьшает риск инфицирования. Титановая оболочка способствует максимально возможному объему пропускаемой через клапан жидкости при минимально возможных размерах клапана, уменьшая риск обструкции. Длина клапана для взрослых не более 19 мм, ширина не более 4,6 мм, для детей – не более 17 мм, ширина не более 4 мм. МРТ совместимость. К клапану присоединен дистальный катетер из высококачественного сплава без примесей латекса, внутренний диаметр не более 1,2 мм, наружный диаметр не более 2,5 мм, длина не более 1200 мм. Резервуар для промывания (контурированный и фрезное отверстие), который позволяет проводить измерение внутрижелудочкового давления, вводить лекарства и извлекать СМЖ, имеет титановый корпус, предотвращающий прокалывание системы при заборе СМЖ/спинножидк. LC через спинономозговой катетер. Диаметр резервуара 14мм (макс высота 4,8 мм) или 20 мм (макс высота 5,65 мм).</p> <p>Рентгенконтрастный. Диаметр резервуара 14мм (макс высота 4,8 мм) или 20 мм (макс высота 5,65 мм).</p> <p>Вентрикулярный катетер с отверстиями на дистальном кончике из высококачественного сплава без примесей латекса, импрегнирован барием. Внутренний диаметр не более 1,2 мм, не более наружный диаметр 2,5 мм, длина 180-250 мм.</p> <p>Рентгенконтрастные маркеры, длины. На катетере может располагаться титановый дефлектор, рентгенконтрастный, с выемкой, позволяющей прикладывать катетеру направление под прямым углом не пережимая его, и с отверстиями для фиксации. Регулируемое положение на катетере. Служит для введения катетера.</p>	шт	20	250 000,00	5 000 000,00	по факту поставки товара	г. Шымкент, Каратауский район мкр Асар 757, DDP	по заявке заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заявки по графику до 31.12.2024г.
	Итого					5 000 000,00			

Заведующий аптеки

Боханова Г.Т.

